

Instruks for alkoholpromille apparat

Dokumenttype:	Alkoholpromille apparat
Formål:	At sikre patienten ikke får en over/under dosering, da der ved større mængder af alkohol i sammenhæng med substitutionsbehandling ved opioidafhængighed nedsætter kompliance til substitutionsbehandlingen ved opioidafhængighed og medfører et ringere udbytte heraf.
Gældende for faglig målgruppe:	Ansatte som har borgerrelaterede sundhedsopgaver i Substitutionsbehandlingen. Dette er misbrugsbehandlere social og sundhedsassistenter og sygeplejersker.
Borger målgruppe:	Borgere som er indskrevet i Substitutionsbehandlingen iht. Sundhedslovens §142, Servicelovens § 101.
Procedure / fremgangsmåde:	Der forefindes apparatur til måling af alkoholpromillen i Rusmiddelteamet og i Støvring Sygeplejeklinik. Der bruges engangsmaterialer ved anvendelse af dette apparat. Apparatet bliver serviceret og kalibreret minimum 1 gang om året Der ligger dokumentation på sidste kalibrering ved apparatet
Ansvar og organisering:	Personale er ansvarlig for at dokumentere i journalen, hvilken promille alkohol apparatet viser. Sygeplejeklinikken sender intern besked /Advis til Rusmiddelteamet som dokumenteres i journal. Sygeplejeklinikken er ansvarlig for at meddelelse at der er tid til kalibrering af deres apparat. Rusmiddelteamet er ansvarligt for at sende apparater til kalibrering.
Kontaktoplysninger til kalibrering af alkometer:	Når Alkometer sendes til Kalibrering, skal det sendes til: AlcoTech Valmuevej 45 7500 Holstebro Tlf. 29 94 45 63 HUSK: at skrive afsender og adresse på, samt kontaktinformationer.
Bestilling af mundstykker til alkometer:	Narkotikatest, rusmiddelpolitik og rådgivning - siden 1995 (ferle.dk)